

## คุณลักษณะเฉพาะ ขอบลิ้นหัวใจเทียมตำแหน่งไตรคัสปิด

### ความเป็นมา

งานบริการห้องผ่าตัดให้บริการผ่าตัดทั้งในและนอกเวลาราชการ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา จึงจำเป็นต้องมีวัสดุการแพทย์ที่สามารถให้บริการผ่าตัดทุกกลุ่มโรค ทุกหัตถการ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัยและทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการผ่าตัดร่วมกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

### วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับการผ่าตัดซ่อมขอบลิ้นหัวใจตำแหน่งไตรคัสปิด

### คุณลักษณะเฉพาะ


๑. เป็นขอบลิ้นหัวใจเทียม ใช้สำหรับการผ่าตัดซ่อมขอบลิ้นหัวใจตำแหน่งไตรคัสปิด
๒. ทำมาจากวัสดุโลหะไทเทเนียม หุ้มด้วยซิลิโคนด้านในและด้านนอกหุ้มด้วยโพลีเอสเตอร์
๓. บริเวณขอบลิ้นหัวใจเทียมมีจุดบอกตำแหน่ง ๓ จุด
๔. ขอบลิ้นได้ถูกออกแบบมาเป็นแบบสามมิติ เพื่อให้แนบตามลักษณะกายภาพของลิ้นหัวใจของผู้ป่วย และเป็นแบบไม่เต็มวง(Incomplete Ring) เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการนำไฟฟ้าของหัวใจ
๕. ขอบลิ้นหัวใจเทียมมีความหนา (profile) เพียง ๓.๓ มิลลิเมตร
๖. มีขนาดต่างๆให้เลือกได้ตามความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วย แบบไม่เต็มวง มี ๖ ขนาดดังนี้  
๒๖ มม , ๒๘ มม , ๓๐ มม, ๓๒ มม, ๓๔ มม, และ ๓๖ มม.

### เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุในภาชนะปราศจากเชื้อ นำมาใช้ได้ทันที
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป หรือ เอเชีย
๓. มีใบรับรองนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา
๔. ลิ้นหัวใจทั้ง ๒ ประเภทสามารถแลกเปลี่ยนขนาดได้
๕. มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

๖. ต้องมีใบประเมินผลการใช้งานในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
๗. คุณสมบัติที่บริษัทนำมาเสนอต้องตรงตามกับในแคตตาล็อก

..........ประธานกรรมการ  
(นายเกียรติ์ จิตวัฒนกุล)

..........กรรมการ  
(นายดำริ เศรษฐจินดา)

..........กรรมการ  
(นางมนต์เทียน นิธิธนกุล)