

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**รายการถุงรองรับอุจจาระสำหรับผู้ป่วยมีทวารเทียมขนาด ๔๐, ๕๐, ๖๐, ๘๐ mm.**  
**ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา**

**คุณลักษณะทั่วไป**

เป็นถุงที่ใช้สำหรับรองรับอุจจาระในผู้ป่วยที่มีทวารเทียม ขนาด ๔๐, ๕๐, ๖๐, ๘๐ mm.

**คุณลักษณะเฉพาะ**

เป็นวัสดุที่ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้

**๑. ตัวแป้น (baseplate)**

- ๑.๑ แป้น (baseplate) เป็นส่วนที่ปิดบนผิวหนังทำจากวัสดุที่ไม่ระคายเคืองผิวหนัง (hydrocolloid)
- ๑.๒ แป้นมีระบบล็อก (locking system) ซึ่งสามารถยึดติดได้แน่น ไม่ต้องกดลงบนหน้าท้องผู้ป่วย
- ๑.๓ มีรูคล่องสำหรับสายรัดที่ตัวแป้น เพื่อให้ตัวแป้นกระชับมากขึ้น
- ๑.๔ สามารถหมุนปรับแนวถุงได้โดยไม่ต้องดึงถุงออกจากแป้นเมื่อผู้ป่วยเปลี่ยน position


**๒. ตัวถุง (pouch)**


- ๒.๑ ทำจาก PVC มีลักษณะนุ่ม และป้องกันกลิ่นได้ ไม่ระคายเคืองผิวหนังหน้าท้อง สามารถล้างเช็ดให้แห้งได้โดยไม่เก็บกลิ่น
- ๒.๒ ตัวถุงมีระบบยึดติดแน่นกับแป้นโดยไม่หลุดง่าย (locking system)
- ๒.๓ ปากถุงกว้างไม่น้อยกว่า ๕๕mm. เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการเทอุจจาระและล้างได้สะดวก
- ๒.๔ มีวัสดุสำหรับปิดปลายถุง ที่มีน้ำหนักเบา และสะดวกในการใช้
- ๒.๕ ตัวถุงด้านที่สัมผัสกับผิวหนังหน้าท้องต้องมีวัสดุแบบอ่อนโยน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง สามารถล้างเช็ดให้แห้งได้ ไม่เก็บกลิ่น
- ๒.๖ มีตัวอักษรบอกขนาดทุกถุง

**เงื่อนไขเฉพาะ**

๑. อายุของผลิตภัณฑ์ มีอายุไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบ
๒. มีใบผ่านการประเมินจากผู้ใช้งาน วัสดุมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
๔. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานจากประเทศอเมริกา ยุโรป หรือประเทศไทย

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายสายลักษณ์ พิมพ์เกาะ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสำเรียง ขอใหญ่กลาง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวอนอมา มูลอาษา)