

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์

1. ความต้องการ

อุปกรณ์คลิปห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร

จำนวน 4,000 EA

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับปิดปากแผล และหนีบทห้ามเลือดในการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร

3. คุณลักษณะเฉพาะ

3.1 เป็นอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยไม่ต้องประกอบด้านคลิปกับลูกคลิป ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน

3.2 ส่วนปลายลูกคลิป สามารถหมุนได้ 360 องศา (rotatable) โดยหมุนได้ ทั้ง 2 ทิศทาง ทั้งไปทางซ้ายหรือขวา ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ และสามารถบังคับเปิด และปิดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

3.3 ลูกคลิปห้ามเลือดมีมุมมองแบบ 135 ± 10 องศา (claw angle $135^\circ \pm 10^\circ$) และภายในลูกคลิปขึ้นเดียวกัน สามารถทำให้ปากเปิดกว้างได้ (max opening span) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร

3.4 ในขณะที่ทำการหนีบทคลิป หากยังไม่ได้ยิงลูกคลิปลอกไป สามารถเปิดและกางออกใหม่ได้ (Re-open and close)

3.5 ลูกคลิปห้ามเลือดทำจากวัสดุที่สามารถใช้งานร่วมกับการตรวจด้วย MRI ได้

3.6 สายนำส่งลูกคลิปห้ามเลือดสามารถใช้ได้กับกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ของโรงพยาบาลได้

3.7 สายมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่มากกว่า 2.6 มิลลิเมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า 2,300 มิลลิเมตร

3.8 สามารถใช้งานร่วมกับกล้องที่มีขนาด Working channel ขนาดอย่างน้อย 2.8 มิลลิเมตร

3.9 ตัวสายนำส่ง (Sheath) ไม่รวมด้ามจับทำจากวัสดุปลอดสนิมมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตลอดความยาวของสายนำส่ง เพื่อความมั่นคง และแข็งแรง ป้องกันการลื่นหรือหลุดออกจากนิ้วมือในเวลาจับสายนำส่ง (Sheath)

3.10 บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อโรคมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.11 มีใบรับจดแจ้ง หรือใบแจ้งรายละเอียด เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้นำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยยื่นพร้อมการเสนอราคา

3.12 มีหนังสืออนุมัติการนำเข้าจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขมาแสดงโดยยื่นพร้อมการเสนอราคา

4. เงื่อนไขการเสนอราคา

4.1 คณะแพทยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาวัสดุที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก่อนการจัดซื้อและต้องอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีขึ้น

4.2 ต้องส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอ จำนวนรายการละ 1 ชิ้น นับถัดจากวันที่ได้ยื่นเสนอราคา

ลงชื่อ.....

(นพ.วิศรุต มานะศิริสุข)

ลงชื่อ.....

(นางสาวไข่มุก โอนไธสง)

ลงชื่อ.....

(นางธิดารัตน์ พรศรีเมตต์)

4.3 มีเอกสารรับรองการใช้งานวัสดุที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้อยู่พร้อมการเสนอราคา

4.4 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้อยู่ขณะเข้าเสนอราคา

4.5 กำหนดส่งมอบ 365 วัน

4.5.1 เมื่อครบกำหนดส่งมอบสินค้าตามที่กำหนดในแต่ละงวดแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา

4.5.2 หากผู้ขายส่งมอบสิ่งของก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งของดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่ผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อให้ส่งก่อนระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด

4.5.3 หากสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบ ไม่มีคุณภาพและผู้ขายไม่สามารถแก้ไขได้ หรือหากสิ่งของนั้นล้นสต็อก ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกการส่งมอบบางงวด หรือทั้งหมด หรือให้ชะลอการส่งมอบบางงวดนั้น โดยผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

4.6 การส่งมอบและการเบิกจ่ายเงินตามใบสั่งซื้อเป็นคราว ๆ ตามปริมาณการใช้งานจริงในแต่ละครั้ง ตามสัญญาจะซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

4.7 กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน

5. เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก คือ ☒ เกณฑ์ราคา

6. วิธีการจัดซื้อ คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ลงชื่อ.....

(นพ.วิศรุต มานะศิริสุข)

ลงชื่อ.....

(นางสาวไข่มุก โอนไธสง)

ลงชื่อ.....

(นางธิดารัตน์ พรศรีเมตต์)