

คุณลักษณะเฉพาะ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการพองบอลลูนสำหรับการขยายหลอดเลือด

1. ลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์สำหรับเป่าพองบอลลูนเพื่อการขยายเส้นเลือดขณะทำการรักษาด้วยบอลลูนหรือบอลลูนพร้อมขดลวด

2. ลักษณะเฉพาะ

- 2.1 ตัวอุปกรณ์เป่าพองบอลลูนสามารถใช้กับความดันสูงสุด 30 ATM เพื่อการใช้งานในกรณีที่ต้องการความดันสูง พร้อมหน้าปัทม์แสดงความดันขณะใช้งานที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- 2.2 ตัวกระบอกบรรจุสารละลาย สามารถบรรจุสารละลายได้ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร
- 2.3 กระบอกบรรจุสารละลายเป็นชนิดที่มีความใส สามารถมองเห็นสารละลายได้อย่างชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านข้าง
- 2.4 การเพิ่มความดันทำได้ด้วยการหมุน เพื่อการเพิ่มความดันอย่างสม่ำเสมอและสามารถควบคุมได้ดี
- 2.5 การล๊อคหรือปลดล๊อค ควบคุมด้วยอุปกรณ์ที่กดด้วยนิ้วมือ ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้าง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน
- 2.6 สามารถทำการลดความดันอย่างรวดเร็ว โดยการกดที่อุปกรณ์ควบคุมด้วยนิ้วมือเพียงครั้งเดียว เพื่อความสะดวกและปลอดภัยขณะใช้งาน
- 2.7 มีอุปกรณ์สายต่อ (Extension Tube) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมข้อต่อแบบ 3 ทาง (3 way stopcock)
- 2.8 บรรจุอยู่ในซองชนิดปลอดเชื้อและฆ่าเชื้อโดย Ethylene Oxide พร้อมระบุอายุการใช้งานอย่างชัดเจน
- 2.9 มีหัวต่อ Y-Connector
- 2.10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
- 2.11 มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี ขณะส่งมอบ
- 2.12 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้ตามต้องการภายหลังการส่งมอบครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



(นายแพทย์ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร)



(นายแพทย์เสกฐาธิ โกศลวัฒน์)



(นางจำเนียร พัฒนจักร)