

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ EDTA tube 2 ml

1. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นหลอดพลาสติกใส สะอาด ปราศจากเชื้อ (sterile)

2. คุณลักษณะเฉพาะ

2.1 เป็นหลอดสุญญากาศขนาด 13x75 มม. สามารถเก็บเลือดได้ในปริมาตร 2 มล.

2.2 หลอดพลาสติกมีลักษณะแข็ง ทนทานต่อการกระแทกและไม่แตกขณะเข้าเครื่องปั่นหรือตกลงพื้น

2.3 จุกปิดมี 2 ชั้น

2.3.1 ชั้นในเป็นจุกยาง

2.3.2 ชั้นนอกเป็นพลาสติก หุ้มจุกยางไว้อีกชั้นหนึ่งช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของเลือด ขณะเปิด-ปิดจุก ป้องกันการสัมผัสเลือดของผู้ปฏิบัติการ

2.4 จุกเป็นสีมาตรฐานสากล คือ สีม่วง

2.5 ภายในบรรจุสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิด K2 EDTA หรือ K3 EDTA

2.6 มีฉลากติดข้างหลอดเป็นฉลากใสหรือพิมพ์ข้อมูลข้างหลอด ระบุชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด

2.7 Lot.No., Expiry Date ระบุบนฉลาก


2.8 มีสัญลักษณ์ข้างหลอดสำหรับบอกปริมาตรชัดเจน


2.9 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485


2.10 กรณีเป็นหลอดเก็บเลือดที่โรงพยาบาลยังไม่เคยใช้งาน หรือทดสอบคุณภาพมาก่อน ผู้ขายจะต้องนำตัวอย่างหลอดเก็บเลือดมาให้โรงพยาบาลทดสอบประเมินคุณภาพก่อน โดยจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดของโรงพยาบาล

3. เงื่อนไขเฉพาะ

มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ


..... ประธานกรรมการ
(นายศักรนันท์ คารอริย์รัช)


..... กรรมการ
(นางสาวขวัญเรือน จงจอหอ)


..... กรรมการ
(นางสาวรัชฎาภรณ์ พรหมคุณ)