

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการ ศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๔.๑ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๓๐ เครื่องๆ ละ ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๒ เตียงผู้ป่วยชนิดสามล้อ ราวด์โลดพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๙ เตียงๆ ละ ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๓ เครื่องช่วยเดินชนิด ๔ ขา จำนวน ๑๐ อันๆ ละ ๗๐๐.๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- รายการที่ ๔.๑ - ๔.๒ จาก ราคามาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ มกราคม ๒๕๖๘

- รายการที่ ๔.๓ จาก การสืบราคาจากท้องตลาด

(๑) บริษัท คราวน์ เมดิคอล จำกัด

(๒) หจก. เอสซีซีโปรเกรสชั่น เมดิคอลอควิเมนต์

(๓) หจก. ซี.เอ็ม.เมด. โซลูชั่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสงกรานต์ จันทะระ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานบริหารสาธารณสุข

๖.๒ นางแสงทวน แก้วจิโน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๖.๓ นางสาวทิพย์เกสร เจริญศุภสิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รายละเอียดแนบท้ายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

งานจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการ “ศูนย์สาธิตและยิมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา”

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ หน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	<p><u>เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร</u></p> <p>๑.๑ เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนเข้มข้นจากอากาศ ทำงานด้วยไฟฟ้า สำหรับใช้กับผู้ป่วยโรคปอดที่ต้องการออกซิเจนเข้มข้น เช่น ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หรือผู้ป่วยติดเชื้อ</p> <p>๑.๒ มีล้อ ๔ ล้อเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย</p> <p>๑.๓ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับได้ในช่วง ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮิร์ตซ์</p> <p>๑.๔ สามารถผลิตออกซิเจนเข้มข้นได้ ๙๐ - ๙๖ เปอร์เซ็นต์</p> <p>๑.๕ สามารถปรับอัตราการไหลออกซิเจนได้ตั้งแต่ ๐.๕ - ๕ ลิตรต่อนาที</p> <p>๑.๖ สามารถใช้งานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานได้ (Continuous Operation)</p> <p>๑.๗ ข้อต่อสำหรับต่อสายออกซิเจนทำจากโลหะและตัวเครื่องทำจากพลาสติกชนิดแข็งเพื่อความทนทานการใช้งาน</p> <p>๑.๘ มีตัวกรองอากาศ ๒ ชุด คือ แบบภายในและภายนอก ซึ่งสามารถบำรุงรักษาได้ง่าย</p> <p>๑.๙ ความดังของเครื่องขณะเปิดใช้งาน ไม่เกิน ๔๕ เดซิเบล</p> <p>๑.๑๐ มีไฟ LED ๓ ดวง ได้แก่ สีแดง, สีเหลือง, สีเขียว เพื่อบ่งบอกสถานะของเครื่อง</p> <p>๑.๑๑ สามารถแสดงสัญญาณเตือนเป็นเสียงและแสงชนิด LED ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>- เครื่องมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ (System Malfunction)</p>	๓๐	เครื่อง	๒๕,๐๐๐.-	๗๕๐,๐๐๐.-	

ลำดับ ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ หน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
	<p>- กรณีที่มีการอุดกั้นการไหลของออกซิเจน (Impeded Oxygen Flow Condition)</p> <p>- อัตราการไหลของออกซิเจนผิดปกติ (Low of High Oxygen Flow Condition)</p> <p>๑.๑๒ เครื่องมีหัวหัวขนาดกะทัดรัด น้ำหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม</p> <p><b>อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน</b></p> <p>๑. Nasal oxygen cannula ๑ ชุด</p> <p>๒. Humidifier bottle ๑ ชุด</p> <p>๓. คู่มือการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจน ๑ ชุด</p> <p>๔. Charging Cable ๑ เส้น</p> <p>๕. อุปกรณ์ฟ้นละอองยา ๑ ชุด</p> <p>๖. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือถูกแต่งตั้งโดยตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยมีเอกสารรับรองมาแสดง</p>					
๒	<p><u>เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกวร้าวสไลด์ พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ</u></p> <p>๒.๑ โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีความแข็งแรง เคลือบป้องกันสนิมและพ่นสี</p> <p>๒.๒ มีมือหมุน ๓ ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้น และหมุนยกเข้าให้อยู่ในลักษณะขอขาได้</p> <p>๒.๓ พนักหัวท้ายเตียงสามารถถอดออกได้ง่าย</p> <p>๒.๔ มีราวกันเตียงแบบร้าวสไลด์</p> <p>๒.๕ สามารถปรับระดับเตียงได้ ๓ ระดับ คือ ระดับความสูงต่ำของเตียง ระดับหัวเตียง และปรับหัวเข้า</p> <p>๒.๖ มีล้อเพื่อการเคลื่อนย้าย จำนวน ๔ ล้อ พร้อมระบบเบรกไม่น้อยกว่า ๑ คู่</p> <p>๒.๗ เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน</p> <p><b>อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน</b></p> <p>๑. เบาะที่นอน</p> <p>๒. เสาน้ำเกลือปรับระดับได้ ๑ เสอ</p>	๙	เตียง	๒๗,๐๐๐.-	๒๔๓,๐๐๐.-	

ลำดับ ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ หน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
๓	<u>เครื่องช่วยเดินชนิด ๔ ขา</u> ๓.๑ โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมเคลือบสี อย่างดี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว ๓.๒ ปลอกมือจับทำจากยาง (PVC) ๓.๓ มีลูกลายกันลื่นทั้ง ๔ ขา ๓.๔ โครงมีขนาด - ความสูงจากพื้นถึงมือจับ ไม่ต่ำกว่า ๘๐ เซนติเมตร - ความกว้างด้านหน้า ไม่ต่ำกว่า ๕๐ เซนติเมตร - ความกว้างด้านข้าง ไม่ต่ำกว่า ๔๐ เซนติเมตร	๑๐	อัน	๗๐๐.-	๗,๐๐๐.-	
ราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งโครงการ					๑,๐๐๐,๐๐๐.-	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายสงกรานต์ จันทระ)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางแสงทวน แก้วจิโน)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาวทิพย์เกษร เจริญสุกสิน)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ